

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИСКАТЕЛЬ-2»



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ С-АКЗ/21-07-2026/ 5 4 3 0 7 0 3 1 8

Действительно до 20 июля 2027 г.

Средство измерений Измеритель комбинированный Testo 405-V1
наименование, тип, модификация средства измерений
17273-11

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений
присвоенный при утверждении

заводской (серийный) номер: 41558814

в составе

номер знака предыдущей поверки

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазон измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МП РТ 1574-2011

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 3.2.АКЗ.0049.2019 3.2.АКЗ.0138.2019 3.2.АКЗ.0181.2019
3.2.АКЗ.0145.2019 3.2.АКЗ.0142.2019

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или
погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура +22°C,
перечень влияющих факторов

атмосферное давление 741 мм рт.ст., относительная влажность 56%
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов периодической (нервничной) поверки признано
ненужное зачеркнуть

пригодным к применению.

Знак поверки:



Номер записи сведений о
результатах поверки в ФИФ ОЕИ

5 4 3 0 7 0 3 1 8

Главный метролог
должность руководителя
подразделения

подпись

/ Муравская Ирина Ивановна /
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель / Жукова Марина Александровна /
фамилия, имя и отчество (при наличии)



Дата поверки 21 июля 2026 г.

серия С-АКЗ-К №0002307

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИСКАТЕЛЬ-2»



Метрологическая служба ООО «Искатель-2» в области обеспечения единства измерений

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ

Calibration certificate

Номер сертификата 2061/K
Certificate number

Дата калибровки 21.07.2026 г.
Date when calibration

Объект калибровки Рулетка измерительная металлическая DEXELL(0-5000мм)
Item calibrated

Серийный номер 200

Заказчик ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКСПЕРТИЗА» ИНН 9725152159
Customer Информация о заказчике, адрес/name of the customer, address

Наименование эталона / description of measurement standard

3.2.АК3.0111.2019,3.2.АК3.0138.2019

Методика калибровки 002.2016.274.КС14

Calibration procedure

Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы СИ, которые воспроизводятся национальными эталонами НМИ. Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частично воспроизведение содержания сертификата возможны с письменного разрешения организации, выдавшей сертификат. All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI. This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate requires written approval of the issuing NMI

Условия калибровки / Calibration conditions

Температура окружающего воздуха 22°C, Относительная влажность воздуха 56%

Результаты калибровки

Calibration results

Наименование	Результат калибровки*	Диапазон измерения
Рулетка измерительная металлическая DEXELL	соответствует	0-5000 мм

*Указывается соответствие или несоответствие СИ требованиям технической документации производителя и методики калибровки: 002.2016.274.КС14

Рекомендуемый межкалибровочный интервал: 12 месяцев.

Подпись лица, выполнившего калибровку

Signature of the person who has performed calibration



Зверев В.М., Техник МС
ФИО и должность / name and function

21.07.2026 г.
Дата выдачи/ date of issue

И2 № Г 81797

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИСКАТЕЛЬ-2»



Метрологическая служба ООО «Искатель-2» в области обеспечения единства измерений

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ

Calibration certificate

Номер сертификата 2058/K

Certificate number

Дата калибровки 21.07.2026 г.

Date when calibration

Объект калибровки Линейка измерительная металлическая ULTIMA 400мм

Item calibrated

Серийный номер 100

Заказчик ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКСПЕРТИЗА» ИНН 9725152159

Customer

Информация о заказчике, адрес/name of the customer, address

Наименование эталона / description of measurement standard

3.2.АКЗ.0122.2019, 3.2.АКЗ.0172.2019, 3.2.АКЗ.0129.2019, 3.2.АКЗ.0107.2019,
3.2.АКЗ.0149.2019

Методика калибровки 002.2016.274.KC14

Calibration procedure

Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы СИ, которые воспроизводятся национальными эталонами НМИ. Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частично воспроизведение содержания сертификата возможны с письменного разрешения организации, выдавшей сертификат.

All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI. This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate requires written approval of the issuing NMI

Условия калибровки / Calibration conditions

Температура окружающего воздуха 22°C, Относительная влажность воздуха 56%

Результаты калибровки

Calibration results

Наименование	Результат калибровки*	Диапазон измерения
Линейка измерительная ULTIMA	соответствует	0-400 мм

*Указывается соответствие или несоответствие СИ требованиям технической документации производителя и методики калибровки: 002.2016.274.KC14

Рекомендуемый межкалибровочный интервал: 12 месяцев.

Подпись лица, выполнившего калибровку

Signature of the person who has performed calibration




подпись / signature

Зверев В.М., Техник МС

ФИО и должность / name and function

21.07.2026 г.

Дата выдачи / date of issue

И2 № Г 81793

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИСКАТЕЛЬ-2»



Метрологическая служба ООО «Искатель-2» в области обеспечения единства измерений

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ

Calibration certificate

Номер сертификата 2067/К

Certificate number

Дата калибровки 21.07.2026 г.

Date when calibration

Объект калибровки Угольник поверочный Matrix 300x160

Item calibrated

Серийный номер 2000458

Заказчик ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКСПЕРТИЗА» ИНН 9725152159

Customer

Информация о заказчике, адрес/ name of the customer, address

Наименование эталона / description of measurement standard

3.2.АК3.0129.2019, 3.2.АК3.0124.2019, 3.2.АК3.0127.2019, 3.2.АК3.0132.2019

Методика калибровки 002.2016.274.КC10

Calibration procedure

Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы SI, которые воспроизводятся национальными эталонами НМИ. Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частично воспроизведение содержания сертификата возможны с письменного разрешения организации, выдавшей сертификат.

All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI. This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate requires written approval of the issuing NMI.

Условия калибровки / Calibration conditions

Температура окружающего воздуха 22°C, Относительная влажность воздуха 56%

Результаты калибровки

Calibration results


Наименование	Диапазон измерения	Результат калибровки*
Угольник поверочный Matrix 300x160	90°	соответствует

*Указывается соответствие или несоответствие СИ требованиям технической документации производителя и методики калибровки: 002.2016.274.КC10

Рекомендуемый межкалибровочный интервал: 12 месяцев.

Подпись лица, выполнившего калибровку

Signature of the person who has performed calibration



Зверев В.М., Техник МС
ФИО и должность / name and function

21.07.2026 г.

Дата выдачи/ date of issue

И2 № Г78842

подпись / signature